

Do Departamento de Compras/Licitações

Ref.: Resposta ao Pedido de Esclarecimento, referente ao Pregão Eletrônico nº 06/2024

Dando conhecimento, aos Pedidos de Esclarecimento encaminhados, informamos que:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Dúvida Ref.: Pregão Eletrônico nº 06/2024 – Edital nº 06/2024

Síntese do pedido de esclarecimento enviado:

Pergunta: Dúvida referente ao item 8 "Membrana Osmose 1812". Gostaria de saber qual seria o GPD dessa membrana?

Resposta: Em resposta ao pedido de esclarecimento do pregão eletrônico 06/2024 para o item 8 Membrana osmose 1812, compatível com equipamento da marca GEHAKA, modelo OS20LXE, já existentes nos laboratórios da Companhia Ituana de Saneamento, informamos que o GPD dessa membrana é 75.

Itu, 11 de março de 2024.

**Departamento de Compras e Licitações
Companhia Ituana de Saneamento – CIS**